




VISIBLE PATIENT

Visible Patient Planning

Versie: 1.0.15

November 2020

Gebruikershandleiding



Uniek identificatienummer (UIN)

+B373VPS10150/\$\$71.0.15I



De gebruikershandleiding (beschikbaar in het Engels en in andere talen) kan worden gedownload op: <https://www.visiblepatient.com/go/planning-user-manual>.

De gebruikershandleiding in het Engels is beschikbaar in het „Help”-menu van de software. U kunt de gebruikershandleiding op papier kosteloos aanvragen. U ontvangt hem dan binnen zeven werkdagen.



Gebruik uitsluitend op medisch voorschrift.

Gebruik uitsluitend op medisch voorschrift.

Gebruiksaanwijzing

Het Visible Patient softwarepakket is een pakket medische beeldvormingssoftware dat gekwalificeerde gezondheidszorgprofessionals helpt bij het lezen, interpreteren, monitoren en plannen van behandelingen. Het Visible Patient softwarepakket accepteert DICOM-compatibele medische beelden van verschillende beeldvormende apparaten, waaronder CT en MRI.

Dit product is niet geschikt voor gebruik met, of voor primaire diagnostische interpretatie van mammografische beelden.

De software bevat verschillende categorieën tools. Zo bevat de software beeldvormingstools voor algemene beelden, inclusief 2D-visualisatie, 3D volumerendering en 3D volumetrische weergave, orthogonale multiplanaire reconstructies (MPR), beeldfusie, oppervlakterendering, metingen, rapportages, opslag, algemene beeldbeheer- en administratietools enz.

Het bevat ook een beeldverwerkingssysteem en een persoonlijke gebruikersinterface voor de segmentatie van anatomische structuren die op de beelden te zien zijn (botten, organen, vasculaire en respiratoire structuren enz.), inclusief interactieve segmentatietools, beeldfilters enz.

Bovendien zijn er tools voor detectie en labeling van orgaansegmenten (lever, longen en nieren), inclusief het bepalen van de loop door de vasculaire en respiratoire gebieden, benadering van de vasculaire/respiratoire gebieden vanuit buisvormige structuren en interactieve labeling.

De software is ontworpen voor gebruik door gekwalificeerde professionals (inclusief artsen, chirurgen en technici) en is bestemd voor de clinicus die als enige verantwoordelijk is voor de eindbeslissing met betrekking tot patiëntenmanagement.

Toelatingen



Dit medisch hulpmiddel heeft een CE-markering en is goedgekeurd door de FDA. Het mag derhalve alleen worden gebruikt in klinische settings en/of voor de behandeling van patiënten in landen van de Europese Unie waar het wettelijk is toegestaan en in de Verenigde Staten. (De volledige lijst met landen is beschikbaar op dit adres: <https://www.visiblepatient.com/go/planning-user-manual>)

Dit medisch hulpmiddel mag niet worden gebruikt in landen die niet op de bovenstaande lijst staan.

In die landen wordt het hulpmiddel gezien als prototype voor onderzoek en *het gebruik ervan wordt beperkt tot demonstratie-, onderzoeks- of onderwijsdoeleinden.*



Visible Patient
RCS Strasbourg TI 794 458 125 8 rue
Gustave Adolphe Hirn 67000 Strasbourg,
FRANCE
Sociaal vermogen: € 104.538C

Contact

E-mail :
support@visiblepatient.com
Tel. +33 (0)3 68 66 81 81
Website: www.visiblepatient.com

US Agent

STRATEGY Inc.
805 Bennington Drive
suite 200
Raleigh, North Carolina 27615
VERENIGDE STATEN
Telefoonnr.: +1 919 900 0718
Fax: +1 919 977 0808
E-mail : nancy.patterson@strategyinc.net

Inhoudsopgave

1	Gebruiksaanwijzing	7
2	Contra-indicatie	9
3	Waarschuwingen	11
3.1	Algemene waarschuwing.....	11
3.2	Beveiligde IT-omgeving.....	11
3.3	Gegevensoverdracht met Visible Patient.....	11
3.4	Waarschuwing betreffende de visualisatie en transparantie van 3D-modellen.....	11
3.5	Waarschuwing betreffende de volumetrische weergave	12
3.6	Waarschuwing betreffende de volumes van anatomische structuren.....	12
3.7	Waarschuwing betreffende de visualisatie van orgaansegmenten	12
3.8	Waarschuwing betreffende het meten van afstanden	12
4	Technologische kenmerken	13
4.1	Systeemconfiguratie en kenmerken.....	13
4.1.1	PC - Minimale systeemconfiguratie	13
4.1.2	PC - Aanbevolen systeemconfiguratie	13
4.1.3	Mac - Minimale systeemconfiguratie	14
4.1.4	Mac - Aanbevolen systeemconfiguratie	14
4.2	Overzicht van de software	14
4.2.1	Visible Patient Planning	14
4.3	Softwaremodules	14
4.3.1	DICOM image reader (MRI/CT).....	14
4.3.2	Handmatig DICOM-parser (MRI/CT).....	15
4.3.3	Lezen/exporteren van Visible Patient gegevens	15
4.3.4	Multiplanaire weergave van 2D-beelden (MPR).....	15
4.3.5	Volumetrische weergave van het beeld	15
4.3.6	Anatomische atlas.....	15
4.3.7	Visualisatie van het 3D-model	16
4.3.8	Visualisatie van het 3D-model en het beeld	16
4.3.9	Visualisatie van de segmenten.....	16
5	Installatie-instructies	17
5.1	Installeer de Visible Patient Planning software.....	17
		5

5.1.1	Installeren van Visible Patient Planning in Windows	17
5.1.2	Installeren van Visible Patient Planning in Mac	24
6	Handleiding	27
6.1	Laden van gegevens.....	27
6.2	Een beeld visualiseren	30
6.2.1	Voorwaarden	31
6.2.2	De anatomie van de patiënt visualiseren	31
6.2.3	Voorbeelden van andere anatomische structuren	34
6.2.4	Aanvullende informatie	35
6.3	Een 3D-model visualiseren.....	40
6.3.1	Voorwaarden	40
6.3.2	De anatomie van de patiënt visualiseren	40
6.3.3	Voorbeelden van andere anatomische structuren	45
6.3.4	Aanvullende informatie	46
6.4	Een beeld visualiseren met een 3D-model	49
6.4.1	Voorwaarden	49
6.4.2	De anatomie van de patiënt visualiseren	49
6.4.3	Voorbeelden van andere anatomische structuren	52
6.4.4	Aanvullende informatie	53
6.5	Een volumetrische weergave visualiseren.....	57
6.5.1	Voorwaarden	57
6.5.2	De anatomie van de patiënt visualiseren	57
6.5.3	Voorbeelden van andere anatomische structuren	61
6.5.4	Aanvullende informatie	62
6.6	De activiteit Anatomische Atlas gebruiken	63
6.6.1	Voorwaarden	63
6.6.2	De anatomie van de patiënt visualiseren	64
6.6.3	Voorbeelden van andere anatomische structuren	66
6.6.4	Aanvullende informatie	66
6.7	Segmenten visualiseren	67
6.7.1	Voorwaarden	67
6.7.2	Klemmen plaatsen op het netwerk van een orgaan	68
6.7.3	Voorbeelden van andere anatomische structuren	70
6.7.4	Aanvullende informatie	70
7	Onderhoud	73
7.1	Planning	73
7.2	De licentie updaten	73
8	Probleemoplossing	75
8.1	Algemene problemen.....	75
8.1.1	Ik kan mijn DICOM-bestand niet openen	75
8.2	Problemen bij het visualiseren van segmenten.....	76
8.2.1	Er wordt geen volume weergegeven	76
8.2.2	Ik zie een waarschuwing betreffende de vasculaire gebieden die bij de activiteit klemplaatsing worden gesimuleerd	77

Gebruiksaanwijzing

Het Visible Patient softwarepakket is een pakket medische beeldvormingssoftware dat gekwalificeerde gezondheidszorgprofessionals helpt bij het lezen, interpreteren, monitoren en plannen van behandelingen. Het Visible Patient softwarepakket accepteert DICOM-compatibele medische beelden van verschillende beeldvormende apparaten, waaronder CT en MRI.

Dit product is niet geschikt voor gebruik met, of voor primaire diagnostische interpretatie van mammografische beelden.

De software bevat verschillende categorieën tools. Zo bevat de software beeldvormingstools voor algemene beelden, inclusief 2D-visualisatie, 3D volumerendering en 3D volumetrische weergave, orthogonale multiplanare reconstructies (MPR), beeldfusie, oppervlakterendering, metingen, rapportages, opslag, algemene beeldbeheer- en administratietools enz.

Het bevat ook een beeldverwerkingssysteem en een persoonlijke gebruikersinterface voor de segmentatie van anatomische structuren die op de beelden te zien zijn (botten, organen, vasculaire en respiratoire structuren enz.), inclusief interactieve segmentatietools, beeldfilters enz.

Bovendien zijn er tools voor detectie en labeling van orgaansegmenten (lever, longen en nieren), inclusief het bepalen van de loop door de vasculaire en respiratoire gebieden, benadering van de vasculaire/respiratoire gebieden vanuit buisvormige structuren en interactieve labeling.

De software is ontworpen voor gebruik door gekwalificeerde professionals (inclusief artsen, chirurgen en technici) en is bestemd voor de clinicus die zelf verantwoordelijk is voor de eindbeslissing met betrekking tot het patiëntenmanagement.

HOOFDSTUK 2

Contra-indicatie

Niets bekend.

3.1 Algemene waarschuwing

Deze software is ontworpen voor gebruik door gekwalificeerde gezondheidszorgprofessionals en dient ter ondersteuning van de clinicus die zelf verantwoordelijk is voor de eindbeslissing.

3.2 Beveiligde IT-omgeving

Visible Patient vereist dat de software wordt geïnstalleerd op een beveiligde PC, conform de aanbevelingen van de FDA voor cyberbeveiliging. Alle beelden of 3D-modellen moeten worden overgedragen via een beveiligd systeem voor bestandsoverdracht dat de gebruiker heeft geïnstalleerd.

3.3 Gegevensoverdracht met Visible Patient

Visible Patient vereist dat alle doorgestuurde beelden worden geanonimiseerd en worden geleverd vanaf en naar het beveiligde systeem voor het doorsturen van bestanden van het bedrijf. Visible Patient accepteert geen beelden in enige andere indeling of doorgestuurd op enige andere wijze.

3.4 Waarschuwing betreffende de visualisatie en transparantie van 3D-modellen

Er zijn verschillende activiteiten waarbij het 3D-model kan worden gevisualiseerd met gebruik van transparantie. De kwaliteit van de weergave is afhankelijk van de computerapparatuur (met name de grafische kaart). Als de computer niet voldoet aan de vereisten voor computerapparatuur, kan het zijn dat de visualisatie bij benadering is wanneer de transparantie van het 3D-model is ingeschakeld.

Het betreft de volgende activiteiten:

- Visualisatie van het 3D-model
- Visualisatie 3D MPR
- Activiteit klemplaatsing
- Activiteit volumetrische weergave

3.5 Waarschuwing betreffende de volumetrische weergave

De kwaliteit en betrouwbaarheid van de weergave is afhankelijk van de computerapparatuur (met name de grafische kaart). Als de computer niet voldoet aan de vereisten voor computerapparatuur, kan het zijn dat de visualisatie bij benadering is bij de samenvoeging van de volumetrische weergave en de 3D-weergave met transparantie.

3.6 Waarschuwing betreffende de volumes van anatomische structuren

In het Visible Patient softwarepakket kunnen anatomische structuren bekeken worden via de orgaanmanager en de activiteit klemplaatsing. Deze volumes worden berekend met behulp van beelden. Daardoor is de nauwkeurigheid van deze volumes afhankelijk van de kwaliteit van het oorspronkelijke beeld (grootte van de voxels van het beeld).

Voor meer informatie gaat u naar *Beoordeling van de vasculaire en respiratoire gebieden*.

3.7 Waarschuwing betreffende de visualisatie van orgaansegmenten

De activiteit visualisatie van orgaansegmenten (activiteit klemplaatsing) gebruikt de reconstructie van gebieden als basis waarna de segmenten worden afgeleid van een beeld. Daarom zijn de orgaansegmenten een benadering van de werkelijkheid.

3.8 Waarschuwing betreffende het meten van afstanden

Het gebruik van de meettool vereist extreme nauwkeurigheid. Bij het meten van een afstand in een 3D-beeld moeten zowel het contrast als het niveau van de zoom nauwkeurig worden ingesteld, anders kunnen de metingen onnauwkeurig worden. Bij het meten van een afstand in een 3D-model moet het zoomniveau nauwkeurig worden ingesteld.

Technologische kenmerken

4.1 Systeemconfiguratie en kenmerken

Het Visible Patient softwarepakket werkt op een standaard, autonoom platform via het geïnstalleerde stuurprogramma (Windows of Mac). Het materiaal van dit platform bestaat uit een standaard in de winkel verkrijgbare personal computer. Daarnaast kan alle software van het pakket (hieronder nader uitgelegd) op meerdere computers worden geïnstalleerd en hoeven de softwareprogramma's niet via een netwerk met elkaar te worden verbonden.

4.1.1 PC - Minimale systeemconfiguratie

- **Besturingssysteem:** Windows 7 x64
- **Processor:** Intel Core i3
- **Video:** dedicated videokaart (sinds 2012)
- **Geheugen:** 4 GB RAM
- **Opslag:** 10 GB schijfruimte
- **Internet:** breedband internetconnectie
- **Media:** niet vereist
- **Resolutie:** 1024x768 of meer

4.1.2 PC - Aanbevolen systeemconfiguratie

- **Besturingssysteem:** Windows 7 x64
- **Processor:** Intel Core i7 – 2.5 GHz
- **Video:** Nvidia GeForce GTX 760 of beter
- **Geheugen:** 16 GB RAM
- **Opslag:** 300 GB schijfruimte
- **Internet:** breedband internetconnectie
- **Media:** niet vereist
- **Resolutie:** Minimale weergaveresolutie 1920x1080

4.1.3 Mac - Minimale systeemconfiguratie

- **** Besturingssysteem****: Mac OS 10.9 (Maverick). Elke sinds 2010 verkochte Apple computer
- **Video**: dedicated videokaart

4.1.4 Mac - Aanbevolen systeemconfiguratie

- **** Besturingssysteem****: Mac OS 10.9 (Maverick). Elke sinds 2013 verkochte Apple computer
- **Video**: dedicated videokaart

4.2 Overzicht van de software

4.2.1 Visible Patient Planning

Visible Patient Planning bevat speciale modules voor gegevensbeheer en gegevensanalyse en een subset van de modules van de Visible Patient Lab software. Deze software biedt een flexibele visualisatie-oplossing die gekwalificeerde gezondheidszorgprofessionals (in het algemeen klinici) helpt bij de bestudering van de anatomie en de pathologie van patiënten, om een behandeling of operatie voor te bereiden. Met deze software kunnen beelden en 3D-modellen worden gedownload die met Visible Patient Lab gemaakt zijn. Deze beelden en modules kunnen volgens de voorkeuren van de artsen worden weergegeven, dankzij instelbare visualisatie-opties of standaard protocollen. Visible Patient Planning biedt klinici een breed scala aan hulpmiddelen voor het visualiseren en analyseren van beelden en modellen.

4.3 Softwaremodules

De modules van het Visible Patient softwarepakket kunnen op categorie worden ingedeeld:

Categorie	Functionaliteit	Visible Patient Planning
Gegevensbeheer	DICOM image reader (MRI/CT)	X
Gegevensbeheer	Lezen/exporteren van Visible Patient gegevens	X
Analyse van beelden en oppervlakken	Multiplanaire weergave van 2D-beelden (MPR)	X
Analyse van beelden en oppervlakken	Volumetrische weergave van het beeld	X
Analyse van beelden en oppervlakken	Anatomische atlas	X
Analyse van beelden en oppervlakken	Visualisatie van het 3D-model	X
Analyse van beelden en oppervlakken	Visualisatie van het 3D-model en het beeld	X
Analyse van beelden en oppervlakken	Visualisatie van de segmenten	X

In de tabel hierboven wordt elke module onderverdeeld in: gegevensbeheer, analyse van beelden en oppervlakken, en oppervlaktebehandeling. Bovendien wordt elke aparte module van de software hieronder uitgebreider beschreven.

4.3.1 DICOM image reader (MRI/CT)

Met deze module kan de software DICOM-bestanden lezen en worden MRI- en CT-modaliteiten ondersteund. In deze module wordt het volume van de 3D-gegevens (samenvoeging van DICOM 2D-plakken) automatisch geïnterpreteerd.

In een DICOM-serie zitten vele DICOM 2D-plakken en deze series plakken kunnen verschillende gegevensvolumes hebben. Voor het opbouwen van elk 3D-gegevensvolume moeten de plakken worden gefilterd, gescheiden en gereorganiseerd. De DICOM-lezer gebruikt de 3D-positie/-oriëntatie van elke plak en de tijd van de beeldverwerving, om de plakken te scheiden en te reorganiseren en om een automatische volumetrische reconstructie van de 3D-gegevens te maken.

De DICOM-lezer wordt gebruikt voor het lezen van een DICOM-dossier, om de DICOM 2D-plakken te importeren en de gegevens automatisch te interpreteren met het doel alle 3D-gegevensvolumes te reconstrueren (3D-beeld).

4.3.2 Handmatige DICOM-parser (MRI/CT)

Met deze meer geavanceerde module kunnen gezondheidszorgprofessionals handmatig de DICOM-bestanden filteren om 3D-gegevensvolumes te maken, wanneer de standaardlezer tekortschiet.

In een DICOM serie zitten vele DICOM 2D-plakken die verschillende gegevensvolumes kunnen vertegenwoordigen. Voor het samenstellen van elk 3D-gegevensvolume moeten de plakken opnieuw worden gefilterd, gescheiden en gereorganiseerd. Deze DICOM-parser heeft verschillende instelbare filters die werken op DICOM-labels. Gekwalificeerde gezondheidszorgprofessionals kunnen deze filters combineren om 3D-gegevensvolumes te maken aan de hand van DICOM-beelden.

4.3.3 Lezen/exporteren van Visible Patient gegevens

Met deze module kunnen gebruikers de gegevens die gemaakt zijn in Visible Patient Lab opslaan en downloaden. Deze gegevens bevatten beelden, het 3D-model van de patiënt enz. Deze module beheert ook de compatibiliteit met eerdere versies van gegevens. De gegevens worden opgeslagen in de bestandsindeling van het bestandssysteem ten behoeve van de controle van (1) de integriteit van de bestanden voor het beveiligen van de overdracht naar een andere computer, en (2) de versie van de bestanden om de evolutie en compatibiliteit van de software te beheren.

De Visible Patient gegevenslezer wordt gebruikt om een bestand te lezen uit het Visible Patient softwarepakket. Alle gegevens die worden gegenereerd door Visible Patient Lab worden in dit bestand opgeslagen: 3D-beelden, 3D-modellen, anatomische atlassen en segmentaties.

4.3.4 Multiplanaire weergave van 2D-beelden (MPR)

MPR is de visualisatietechniek die het meest gebruikt wordt op computers voor beeldbewerking van medische professionals. Met de activiteit MPR 2D-visualisatie kan een beeld van verschillende kanten worden gevisualiseerd (axiaal, frontaal en sagittaal). De activiteit bevat ook de vensterindeling van het beeld, verandering van plak in het actieve beeld, translatie, in-/uitzoomen, informatie over de voxels (coördinaten en dichtheid), focus op een deel van het beeld, afstandsmeting, screenshot enz. Het kader van het beeld worden weergegeven door een gekleurd vierkant (rood, blauw of groen), afhankelijk van de gekozen as.

4.3.5 Volumetrische weergave van het beeld

De module voor de volumetrische weergave van het beeld bevat geavanceerde visualisatietechnieken die ontwikkeld zijn voor en gebruikt worden op professionele medische beeldbewerkingscomputers: een 3D-weergave van het gegevensvolume. Met deze module is deze visualisatie mogelijk. De module bevat een overdrachtsfunctie-editor en meerdere automatische vooraf berekende overdrachtsfuncties voor verschillende 3D-weergaven.

4.3.6 Anatomische atlas

Met deze module kan de gebruiker twee planaire beelden met transparantie samenvoegen en het resultaat plak voor plak visualiseren. Het eerste beeld is gemaakt aan de hand van de MRI-/CT-gegevens, het tweede komt uit de anatomische atlas van de patiënt (een kleurenbeeld waarin elk orgaan wordt weergegeven). Met deze activiteit kan de modellering worden gecontroleerd en kan de gebruiker de anatomie van de patiënt bestuderen.

4.3.7 Visualisatie van het 3D-model

Met deze module kunnen het 3D-model van de patiënt en het volume worden bekeken met klassieke 3D-interacties, zoals rotatie, translatie, in- en uitzoomen. De zichtbaarheid/transparantie van de organen kan worden ingesteld voor een betere visualisatie.

4.3.8 Visualisatie van het 3D-model en het beeld

Met deze module kan de gebruiker in eenzelfde weergave een MPR van een 3D-beeld combineren met een 3D-model. Ook zijn alle kenmerken die worden beschreven in „MPR van 2D-beeld” en „Visualisatie van het 3D-model” hier terug te vinden.

4.3.9 Visualisatie van de segmenten

Met deze module kunnen de segmenten en hun volumes worden gevisualiseerd in vergelijking met het volume van de organen. Zoals beschreven in de gebruiksaanwijzingen is deze module alleen beschikbaar voor geavanceerde modelleringen van longen/lever/nieren. De interactie berust op de tubulaire structuren voor de selectie van de vasculaire/respiratoire segmentaties.

Installatie-instructies


5.1 Installeer de Visible Patient Planning software

De installatie van Visible Patient Planning kan opgestart worden vanuit een uitvoerbaar bestand.

5.1.1 Installeren van Visible Patient Planning in Windows

Start de installatie


Dubbelklik op het installatiebestand dat door Visible Patient is geleverd: het volgende welkomstdialogvenster verschijnt.



Klik op „Next”.

Accepteer de licentie


De licentieovereenkomst verschijnt.




Lees de licentieovereenkomst en klik op „I agree” om door te gaan met de installatie. (Als u niet akkoord gaat, klikt u op „Cancel” om de installatie te annuleren.)

Selecteer het doelbestand

Het doelbestand waarin het programma zal worden geïnstalleerd, wordt weergegeven.




U kunt dit doelbestand wijzigen door te klikken op „Browse” en door een nieuw doelbestand te kiezen. U kunt ook een nieuw bestand aanmaken door te klikken op „Make New Folder”.



Selecteer uw doelbestand en klik op „Ok”. Klik op „Next” om door te gaan met de installatie.


Maak een snelkoppeling

U kunt nu kiezen om een snelkoppeling te maken zodat u gemakkelijker bij het programma kan komen. Er wordt standaard een snelkoppeling aangemaakt op het bureaublad van uw computer, maar u kunt ook een andere plek kiezen. U kunt ook een naam invullen om een nieuwe map aan te maken in het startmenu, of besluiten om geen snelkoppeling te maken.




Beëindig de installatie

Klik op „Install” om door te gaan met de installatie. Het installatieproces begint.



De installatie duurt een paar seconden. Wanneer het klaar is, verschijnt een bericht dat de installatie klaar is. Klik op „Finish” om het configuratievenster te sluiten.



Nu is Visible Patient Planning geïnstalleerd op uw computer in het door u gekozen doelbestand.

Start het programma

U kunt Visible Patient Planning openen door te klikken op de snelkoppeling die tijdens de installatie is aangemaakt (standaard op het bureaublad van uw computer).


Als u tijdens de installatie van het programma problemen ervaart, kunt u contact opnemen met Visible Patient: support@visiblepatient.com.

5.1.2 Installeren van Visible Patient Planning in Mac

Start de installatie


Dubbelklik op het installatiebestand dat door Visible Patient is geleverd:

Er opent een venster met de licentieovereenkomst. Klik op „I agree” om door te gaan met de installatie.



Installeer de applicatie

Selecteer de applicatie Visible Patient Planning en sleep die naar de snelkoppeling van de applicatie.



Visible Patient Planning wordt nu geïnstalleerd.

Start het programma

Visible Patient Planning kan worden geopend vanuit het applicatiebestand door te dubbelklikken op het pictogram Visible Patient Planning.


Als u tijdens de installatie van het programma problemen ervaart, kunt u contact opnemen met Visible Patient: support@visiblepatient.com.

6.1 Laden van gegevens

Elke functie binnen het programma wordt "activiteit" genoemd. Elke activiteit wordt weergegeven in een eigen tab van het hoofdvenster van de applicatie. De activiteit Series is de hoofdactiviteit die altijd beschikbaar is. Vanuit deze activiteit kunnen andere activiteiten worden geopend.

Er zijn twee soorten gegevens die ondersteund worden door het Visible Patient softwarepakket:

- De VPZ die door Visible Patient is gemaakt
- DICOM gegevens met CT of MRI




De gegevens worden onderverdeeld in series die kunnen worden gevisualiseerd met behulp van de verschillende beschikbare activiteiten. Er zijn vier soorten series beschikbaar:

-  „Image series”: serie beelden (medische beelden)
-  „Model series”: serie modellen (3D-reconstructies)
-  „Anatomical Atlas series”: serie anatomische atlassen
-  „Clip Applying series” : serie klemplaatsingen


Deze series kunnen weer worden geopend in de volgende activiteiten:

- Activiteit MPR 2D, te openen bij een Serie beelden
- Activiteit MPR 3D, te openen open bij een Serie beelden en een Serie modellen
- Activiteit volumetrische weergave, te openen bij een Serie beelden en optioneel bij een Serie modellen
- Activiteit 3D model, te openen bij een Serie beelden
- Activiteit anatomische atlas, te openen bij een Serie anatomische atlassen
- Activiteit DICOM-lezer, geen invoergegevens nodig
- Activiteit DICOM-lezer, geen invoergegevens nodig

Om een VPZ-bestand te laden, klikt u op „Open” en selecteert u „VPZ File”. Selecteer een VPZ-bestand op uw computer in de bestandenkiezer en klik op „Open”.



Het laden van DICOM-gegevens werkt op dezelfde manier.




Klik op „Open” en selecteer „DICOM Reader”. Selecteer een map met DICOM-bestanden in de bestandenkiezer en klik op „Choose”.

6.2 Een beeld visualiseren

Met de activiteit MPR 2D kunnen medische beelden worden gevisualiseerd, met name anatomische structuren. Dit gebeurt in vier eenvoudige stappen. Deze activiteit wordt ingeleid met een visualisatie van een levertumor.

Het bevat functies zoals het meten van anatomische structuren en een screenshot van de weergave.


6.2.1 Voorwaarden



Om de activiteit MPR 2D te openen, selecteert u een serie beelden in de activiteit Series (*Laden van gegevens*) en klikt u op „Launch activity”. Selecteer „2D MPR” en klik op „OK”.

6.2.2 De anatomie van de patiënt visualiseren


We beginnen met een korte beschrijving van de structuur van de activiteit.



Deze activiteit bestaat uit drie weergaves: een hoofdweergave (van links) die een axiale weergave toont van het beeld, en twee ondergeschikte weergaves die een sagittale en frontale weergave tonen.


Bij wijze van voorbeeld berusten de volgende stappen op de analyse van de levertumor van een patiënt.

Stap 1: Door de plakken navigeren om een deel van de anatomie te lokaliseren




In de axiale weergave verplaatst u de schuifbalk om door de plakken van de beelden te navigeren en lokaliseert u de tumor in de lever. Om de schuifbalk te gebruiken klikt u erop en verplaatst u de muis.

Stap 2: De vensterindeling aanpassen




Wanneer u de tumor hebt gelokaliseerd, kan de vensterindeling worden gewijzigd door de rechter muisknop ingedrukt te houden en de cursor over het beeld te verplaatsen.

Stap 3: Richten op een anatomisch deel



Met de middelste muisknop kunt u richten op de levertumor, de drie vensters concentreren zich op het punt waarop is geklikt.


Stap 4: Het anatomische gebied detailleren



Tenslotte kunt u de visualisatie van de tumor verbeteren door met het wielje van de muis in- of uit te zoomen en door de toets „Shift” + linker muisknop te gebruiken om het beeld te verplaatsen.

6.2.3 Voorbeelden van andere anatomische structuren


Via de activiteit 2D MPR kunt u hetzelfde doen met andere anatomische structuren. Hieronder volgen meerdere voorbeelden van structuren die kunnen worden gevisualiseerd. Deze lijst is niet uitputtend.



6.2.4 Aanvullende informatie

Aanvullende informatie op de beelden

In de MPR- en 2D-weergave staat veel extra informatie over het beeld.



1. Naam van de patiënt


2. **Positiemarkering** (deze informatie staat ook bovenin, rechts, onderin en links van het beeld)

- S: Boven / I: Onder
- A: Voor / P: Achter
- R: Right L: Left

3. **Informatie over het beeld** (geavanceerde informatie, kennis en analyse van medische beelden vereist)


- Op de eerste regel de amplitude van de randen van het huidige beeld
- Daarna de breedte van het venster van het huidige beeld
- Op de derde regel staan de coördinaten en waarden van de laatst geselecteerde pixel (gebruik de middelste muisklik op het beeld).

Metingen uitvoeren




De anatomische structuren kunnen worden gemeten met behulp van de afstandstools. Klik hiervoor eerst op „Add distance” en verplaats dan de afstand met de markeringen die de uiteinden van de meting afbakenen.


U kunt de weergegeven afstand verbergen:



En ook een afstand verwijderen:




De oriëntatie van het beeld veranderen in het centrale scherm




De oriëntatie van het centrale scherm kan worden veranderd door de gewenste oriëntatie te kiezen in het bijbehorende menu. Wanneer de oriëntatie van het centrale scherm is gewijzigd, passen de overige schermen hun oriëntatie aan zodat alle assen tegelijkertijd zichtbaar zijn.

Een schermafbeelding opslaan



Om de huidige weergave als beeld op te slaan, gebruikt u de knop voor schermafbeelding.

De fysieke waarde van een voxel bepalen



Met een klik op de linkermuisknop op het beeld worden de coördinaten en de waarde getoond van de voxel waar de cursor van de muis op staat. De eenheid van deze waarde is afhankelijk van het soort beeld.

6.3 Een 3D-model visualiseren

Het belangrijkste doel van de activiteit 3D-model is om deze te visualiseren en samen te voegen met uw 3D-model.


6.3.1 Voorwaarden

Om een activiteit 3D-model te starten, is een serie modellen nodig. Selecteer deze in de activiteit Series (*Gegevens laden*) en klik op „Launch activity” om de activiteit te starten, of dubbelklik op de serie.


6.3.2 De anatomie van de patiënt visualiseren

Laten we eens kijken naar de structuur van de activiteit. In de activiteit 3D-model is een hoofdscherm.

1
3D view




In deze 3D-weergave, en dankzij de orgaanmanager, kunt u meerdere interacties uitvoeren met uw eigen model.



De orgaanmanager stelt een lijst op met alle organen in het 3D-model. Er kunnen organen in het model verborgen of weergegeven worden en hun uiterlijk kan veranderd worden door de kleur en dichtheid te wijzigen. De orgaanmanager geeft ook informatie over het volume van de organen.


Bij wijze van voorbeeld berusten de volgende stappen op de analyse van de levertumor van een patiënt.

Stap 1: Organen verbergen om een anatomisch gebied te visualiseren



Sommige organen kunnen in de weg zitten voor de visualisatie van anatomische delen. Met de orgaanmanager kunnen deze organen worden verborgen. Open hiervoor de orgaanmanager en haal het vinkje weg bij het orgaan dat u wilt verbergen. Als u het weer zichtbaar wilt maken, vinkt u het vakje bij het orgaan weer aan.

Stap 2: De dichtheid van een orgaan wijzigen




U wilt vast ook het binnenste deel van het orgaan visualiseren. Met de orgaanmanager kan de dichtheid van een orgaan gewijzigd worden.

Open hiervoor de orgaanmanager, selecteer het gewenste orgaan en wijzig de dichtheid met de schuifbalk onder het de orgaanmanager.


Stap 3: Het anatomisch gebied detailleren

Met de activiteit 3D-model kunt u werken met uw eigen model.


U kunt uw model laten draaien door de linkermuisknop ingedrukt te houden terwijl u de cursor verplaatst.



U kunt in- of uitzoomen met het muiswiel.



Tenslotte kunt u uw model verplaatsen door de middelste muisknop ingedrukt te houden terwijl u de cursor verplaatst.



6.3.3 Voorbeelden van andere anatomische structuren


Via de activiteit 3D-model kunt u hetzelfde doen met andere anatomische structuren. Hieronder staat een lijst met meerdere voorbeelden van structuren die gevisualiseerd kunnen worden. Deze lijst is niet uitputtend.




6.3.4 Aanvullende informatie

Aanvullende informatie op de beelden

De activiteit 3D-model toont de naam van de patiënt en een oriëntatiemarkering in de 3D-weergave.




De beginwaarden van de weergave herstellen



U kunt op elk gewenst moment de beginwaarden herstellen met een van de drie hersteltoetsen boven het hoofdscherm. Met deze toetsen kunnen de axiale, frontale of sagittale weergaven teruggezet worden.

Een schermafbeelding opslaan




Om de huidige weergave als beeld op te slaan, gebruikt u de knop voor schermafbeelding.

6.4 Een beeld visualiseren met een 3D-model

De activiteit 3D MPR is speciaal voor de visualisatie van medische beelden en 3D-modellen. Het belangrijkste doel van deze activiteit is het visualiseren van uw 3D-modellen met hun bijbehorende medische beelden.

Deze activiteit bevat functies zoals het meten van anatomische structuren en het opslaan van een schermafbeelding van de weergave.

6.4.1 Voorwaarden




Om de activiteit 3D MPR te openen zijn een serie beelden en de serie van het gekoppelde model nodig. Normaal gesproken worden deze gegevens geladen vanuit een VPZ-bestand.

Houd de Ctrl-toets ingedrukt en selecteer de twee series in de activiteit „Series”(Laden van gegevens). Klik op „Launch activity”, selecteer „3D MPR” en klik op „Ok”

6.4.2 De anatomie van de patiënt visualiseren


De configuratie van de activiteit 3D MPR bestaat uit drie schermen.



Het hoofdscherm toont uw 3D-model en het bijbehorende beeld. De twee andere schermen tonen de frontale en sagittale weergave van het beeld.

Bij wijze van voorbeeld berusten de volgende stappen op de analyse van de levertumor van een patiënt.


Stap 1: Organen verbergen om een anatomisch gebied te visualiseren



Om de tumor te kunnen visualiseren die in de lever zit, kunt u de organen die u niet op het scherm wilt zien, verbergen. Klik hiervoor op de knop orgaanmanager en haal het vinkje weg bij de te verbergen organen.


Voor meer informatie over de werking van de orgaanmanager, lees de documentatie over de activiteit 3D-model.

Stap 2: Het model draaien voor een globale weergave




Om uw 3D-module te draaien, houdt u de linkermuisknop ingedrukt in het hoofdscherm en verplaatst u de cursor. Het model en het beeld zullen dan draaien.

Stap 3: Het anatomisch gebied detailleren




Gebruik het muiswiel om in- of uit te zoomen. U kunt het beeld verschuiven door de Shift-toets en ook de middelste muisknop ingedrukt te houden en de muis over het beeld te verplaatsen.

Stap 4: Bijwerken van het gevisualiseerde plak



Gebruik de schuifbalk onder het hoofdscherm om de gevisualiseerde plak te veranderen. De plak die bij de geselecteerde oriëntatie hoort, wordt dan bijgewerkt.


Stap 5: Een anatomisch deel meten




Gebruik de knop „Add distance” om een nieuwe meting op het beeld uit te voeren. Zodra de meting verschijnt, kan de afstand worden verplaatst door de linkermuisknop ingedrukt te houden op een van de twee meetpunten aan het uiteinde van het segment.

6.4.3 Voorbeelden van andere anatomische structuren


Via de activiteit 3D MPR kunt u hetzelfde doen met andere anatomische structuren. Hieronder volgen meerdere voorbeelden van structuren die kunnen worden gevisualiseerd. Deze lijst is niet uitputtend.




Lung tumor




Parathyroids




Kidneys




Prognathism




Knee




Uterus



Adrenals



Liver angioma




Prostate

6.4.4 Aanvullende informatie


aanvullende informatie in de beelden

In het MPR 3D-scherm staat veel extra informatie over het beeld.




1. Naam van de patiënt
2. Oriëntatiemarkering
3. Informatie over het beeld (geavanceerde informatie, kennis en analyse van medische beelden vereist)
 - Op de eerste regel de amplitude van de randen van het huidige beeld
 - Daarna de breedte van het venster van het huidige beeld
 - Op de derde regel de coördinaten en de waarde van de laatst geselecteerde voxel.

De vensterindeling aanpassen




U kunt de vensterindeling veranderen door de rechtermuisknop ingedrukt te houden terwijl u de cursor verplaatst.

Focus op een anatomisch gebied




Gebruik de middelste muisknop om te richten op een anatomisch gebied. Als u een punt op het scherm hebt gekozen, zullen de drie niveaus van de plak (axiaal, frontaal en sagittaal) op dit punt samenkomen.

De beginwaarden van de weergave herstellen




U kunt op elk gewenst moment de beginwaarden herstellen met een van de drie hersteltoetsen boven het hoofdscherm. Met deze toetsen kunnen de axiale, frontale of sagittale weergaven teruggezet worden.

De oriëntatie van het beeld selecteren



De oriëntatie kan worden geselecteerd vanuit het speciale menu dat zich onder het hoofdscherm bevindt. Zodra de oriëntatie is gewijzigd, wordt het bijbehorende scherm bijgewerkt wanneer u de schuifbalk verschuift.


Het aantal niveaus van het beeld selecteren



Het aantal weergegeven niveaus kan worden gewijzigd met behulp van de keuzeschakelaar onder het hoofdscherm. Er zijn drie modi:

- No slices („geen plakken”) verwijdert alle niveaus
- One slice („één plak”) toont alleen het niveau van de geselecteerde as
- Three slices („drie plakken”) toont de drie niveaus

Een schermafbeelding opslaan



Om de huidige weergave als beeld op te slaan, gebruikt u de knop voor schermafbeelding.

Metingen uitvoeren in de nevenschermen

Voor uitleg over hoe u de metingen uitvoert op een 2D medisch beeld, leest u de documentatie over de activiteit 2D MPR, in de rubriek „Metingen uitvoeren”.

6.5 Een volumetrische weergave visualiseren

De activiteit volumetrische weergave is speciaal bedoeld voor de visualisatie van het medisch beeld als volumetrische weergave. Met deze activiteit kan het bijbehorende 3D-model worden geïntegreerd in de volumetrische weergave, zodat de anatomie van de patiënt duidelijker wordt.


Via deze activiteit kunnen de transferfuncties worden beheerd, waarmee u de afbeelding van de volumetrische weergave kunt aanpassen aan de anatomische delen die u wilt bekijken.

6.5.1 Voorwaarden

Om een activiteit volumetrische weergave te starten, is een serie beelden nodig. Eventueel kan de bijbehorende serie modellen eraan worden gekoppeld. Selecteer de serie in de activiteit series (*Laden van gegevens*), klik op „Launch activity”, selecteer „Volume rendering” en klik op „Ok”.

6.5.2 De anatomie van de patiënt visualiseren


We beginnen met een korte beschrijving van de structuur van de activiteit.



Deze activiteit bestaat uit twee schermen. In het hoofdscherm links staat de volumetrische weergave van uw beeld. Het scherm rechts bestaat uit twee tabs. De eerste toont een axiale weergave van uw beeld. De tweede is een bewerkingsmenu voor de transferfunctie.


Bij wijze van voorbeeld berusten de volgende stappen op de analyse van de levertumor van een patiënt.

Stap 1: Het 3D-model verbergen




Als de activiteit is gestart met een beeld en een model, wilt u wellicht het model verbergen en alleen de volumetrische weergave zien. Hiervoor schakelt u de knop „Show Mesh” uit.

Stap 2: Een transferfunctie selecteren



U kunt de transferfunctie van de volumetrische weergave wijzigen om andere anatomische delen te zien. De transferfunctie creëert een verbinding tussen de waarde van de pixels en de kleuren, zodat bepaalde informatie duidelijker naar voren komt. Om de transferfunctie te veranderen, klikt u op de keuzeschakelaar en selecteert u de transferfunctie die u nodig hebt.

Stap 3: De vensterindeling aanpassen



De volumetrische weergave kan worden aangepast door de vensterindeling van het medische beeld te veranderen. Dat gebeurt op precies dezelfde manier als bij de activiteit 2D MPR (zie *window_level*).


Stap 4: Een 3D-model weergeven in de volumetrische weergave

Net als bij stap 1 kunt u 3D-modellen weergeven door te klikken op de knop „Show Mesh”. De orgaanmanager is in deze activiteit beschikbaar. Zo kunt u de dichtheid en de kleur van de orgaanmodellen wijzigen net als bij de activiteit 3D-model. Voor de volgende stappen tonen we de levertumor van de patiënt in de volumetrische weergave.

Stap 5: Een anatomisch gebied detailleren

De interacties van de volumetrische weergave zijn dezelfde als de interacties in de activiteit 3D-model.

Stap 6: De cursor van de 3D-plak gebruiken




Om een punt te selecteren in de afbeelding volumetrische weergave, kunt u de cursor van de 3D-plak gebruiken, die u vindt in het menu „View”.

- klik op „Show 3D slice cursor”
- Klik op „Configure 3D slice cursor”.

Daarna kiest u gewoon met de middelste muisknop een punt in het rechterscherf. De gekoppelde punt wordt zichtbaar in het scherm volumetrische weergave in de vorm van een witte bol. In de afbeelding hierboven is de cursor op de levertumor van de patiënt geplaatst.

De interacties met de negatoscoop zijn dezelfde als bij de activiteit 2D MPR.

Stap 7: Bijwerken van het snijvenster




Met behulp van het snijvenster kan de visualisatie van het volume worden verbeterd. Klik hiervoor op „Show/Hide box cropping”. Het snijvenster kan vervolgens worden verschoven of veranderd door een van de tekenjes in het midden van het voorste snijvenster te verslepen. Het volume wordt op basis daarvan bijgesneden.


U kunt het snijvenster herstellen door te klikken op „Reset box cropping”.

6.5.3 Voorbeelden van andere anatomische structuren


Via de activiteit volumetrische weergave kunt hetzelfde doen met andere anatomische structuren. Hieronder staat een lijst met meerdere voorbeelden van structuren die gevisualiseerd kunnen worden. Deze lijst is niet uitputtend.




Lung tumor




Parathyroids




Kidneys




Prognathism




Knee




Uterus



Adrenals



Liver angioma




Prostate

6.5.4 Aanvullende informatie

Aanvullende informatie op de beelden

De activiteit volumetrische weergave toont de naam van de patiënt en een oriëntatiemarkering, net als in de activiteit 3D-model.

Transferfunctie-editor



Met de transferfunctiemanager kunnen transferfuncties worden aangemaakt, hersteld, hernoemd, gewist, opgeslagen en geladen. Via de transferfunctie-editor kunt u uw functies aanpassen door gekleurde punten te plaatsen op het histogram van uw beeld.

Een schermafbeelding opslaan

Net als in elke andere activiteit kunt u met de knop schermafbeelding een schermafbeelding maken van de volumetrische weergave.

De oriëntatie van de 2D negatograaf veranderen

Voor uitleg over hoe het systeem voor kruiselingse weergave werkt, gaat u naar de documentatie over 2D MPR (zie *De oriëntatie van het beeld veranderen in het centrale scherm.*).

6.6 De activiteit Anatomische Atlas gebruiken


Met de activiteit Anatomische Atlas kunnen gesegmenteerde anatomische delen worden gevisualiseerd dankzij de gekleurde gebieden van het beeld die de atlas worden genoemd.

6.6.1 Voorwaarden

Om de activiteit Anatomische Atlas te openen, is een serie anatomische atlasen nodig. Normaal gesproken worden deze gegevens geladen vanuit een VPZ-bestand. Selecteer deze series vanuit de activiteit Series (*Laden van gegevens*) en


klik op „Launch activity", of dubbelklik op de serie.

6.6.2 De anatomie van de patiënt visualiseren




Deze activiteit bevat een scherm met het beeld waarmee de gesegmenteerde anatomische delen kunnen worden gelokaliseerd. Bij wijze van voorbeeld berusten de volgende stappen op de analyse van de longtumor van een patiënt.

Stap 1: Bijwerken van de transparantie van de anatomische atlas



Met de activiteit Anatomische Atlas kan de transparantie van de atlas worden veranderd, voor een duidelijker zicht op de verschillende anatomische delen. Gebruik hiervoor de schuifbalk onder het scherm met het beeld, om de transparantie te bepalen. De atlas kan ook worden verborgen door het vakje voor zichtbaarheid naast de transparantieschuifbalk uit te vinken.

Stap 2: Lokalisatie van een anatomische deel




Om een specifiek anatomisch deel te zoeken, gebruikt u de schuifbalk boven de schuifbalk voor de transparantie. Wanneer de plak is geselecteerd, kan de transparantie worden bijgewerkt voor een beter


zicht op de tumor.

6.6.3 Voorbeelden van andere anatomische structuren


Via de activiteit Anatomische Atlas kunt u hetzelfde doen met andere anatomische structuren. Hieronder staat een lijst met meerdere voorbeelden van structuren die gevisualiseerd kunnen worden. Deze lijst is niet uitputtend.




Liver tumor




Parathyroids




Kidneys




Prognathism




Knee




Uterus



Adrenals



Liver angioma



Prostate

6.6.4 Aanvullende informatie

Aanvullende informatie op de beelden

Net als bij de activiteit 2D MPR staat de informatie over het beeld in het scherm.

1. Naam van de patiënt
2. Positiemarkering (deze informatie staat ook bovenin, rechts, onderin en links van het beeld)
 - S: Boven / I: Onder
 - A: Voor / P: Achter
 - R: Right L: Left
3. Informatie over het beeld (geavanceerde informatie, kennis en analyse van medische beelden vereist)

- Op de eerste regel de amplitude van de randen van het huidige beeld
- Daarna de breedte van het venster van het huidige beeld
- Op de derde regel de coördinaten en de waarde van de laatst geselecteerde voxel.

De vensterindeling aanpassen

Net als bij de andere activiteiten, waaronder een 2D-negatograaf, kan de vensterindeling worden aangepast door de rechtermuisknop ingedrukt te houden terwijl u de cursor verplaatst. Alleen de vensterindeling van het beeld verandert, de weergave van de atlas blijft onveranderd.

Een oriëntatie selecteren

Net als bij de andere activiteiten, waaronder een 2D-negatograaf, kunt u de oriëntatie selecteren met de keuzeschakelaar onder het hoofdscherm. Zodra de oriëntatie is gekozen, kunt u met de schuifbalk het scherm aanpassen.

Een schermafbeelding opslaan

Om de huidige weergave als beeld op te slaan, gebruikt u, net als bij de andere activiteiten, de knop voor schermafbeelding.


6.7 Segmenten visualiseren

Met de activiteit Klemplaatsing kan de visualisatie van segmenten worden bepaald (onthoud dat de segmenten bij benadering zijn). De klemmen kunnen worden geplaatst op het orgaannetwerk om de verschillende segmenten en benaderingen van berekende volumes weer te geven.

6.7.1 Voorwaarden


Om een activiteit klemplaatsing te starten, is een serie klemplaatsing nodig. Normaal gesproken worden deze gegevens geladen vanuit een VPZ-bestand. Selecteer de serie in de activiteit Series (*Gegevens laden*) en klik op „Launch activity” om de activiteit te starten, of dubbelklik op de serie.

6.7.2 Klemmen plaatsen op het netwerk van een orgaan



De activiteit bevat een 3D-scherm om de segmenten te visualiseren.

Stap 1: Organen verbergen om een anatomisch gebied te visualiseren




In de eerste stap worden met de orgaanmanager anatomische delen verborgen die de visualisatie van de tumoren hinderen.

Voor meer informatie over de orgaanmanager, leest u de documentatie over de activiteit 3D-model.

Stap 2: Het anatomisch gebied detailleren

In het hoofdscherm kunnen dezelfde interacties worden uitgevoerd als in de activiteit 3D-model (rotatie, zoom en translatie).

Stap 3: Simulatie van de klemplaatsing



Om een segmentatie te tonen van een bepaald deel van het netwerk, klikt u rechts op het overeenkomstige deel. Om een segmentatie te verbergen, klikt u daar gewoon op met de rechtermuisknop. De geschatte volumes van meerdere orgaandelen, zoals de geresceerde delen en de resterende, gezonde delen, worden op basis daarvan berekend.

Methode voor het benaderen van volumes

Gesimuleerd geresceerd deel

Volume van het gesimuleerd geresceerde deel = volume van alle weergegeven segmenten

Percentage van het gesimuleerd geresceerde deel = volume van het gesimuleerd geresceerde deel / volume van het doelorgaan

Gesimuleerd resterende deel:

Volume van het gesimuleerd resterende deel = volume van het doelorgaan - volume van het

gesimuleerd geresceerde deel Percentage van het gesimuleerd resterende deel - volume van het gesimuleerd resterende deel / volume van het doelorgaan

Doelnoduli in het orgaan:

Volume van doelnoduli in het orgaan = som van volume van noduli in het doelorgaan Noduli: de gedetecteerde massa of omvang in het doelorgaan aanwezig in het 3D-model

Gezond orgaan:


Volume van het gezonde orgaan - volume van doelorgaan - volume van doelnoduli in het orgaan

Gesimuleerd resterende gezonde deel:


Volume van gesimuleerd resterende gezonden deel = volume van resterende organen - volume van resterende noduli
 Percentage van het gesimuleerd resterende gezonde deel / volume van het gezonde orgaan

6.7.3 Voorbeelden van andere anatomische structuren

U kunt u hetzelfde doen met andere anatomische structuren. Klemplaatsing kan ook gebruikt worden om de segmentatie van longen en nieren te visualiseren.



Lungs




Kidneys

6.7.4 Aanvullende informatie

Benadering van de vasculaire en respiratoire gebieden

De respiratoire en vasculaire gebieden die in deze activiteit worden getoond, zijn een benadering van de werkelijke anatomie van de patiënt. De methode die is toegepast om deze gebieden in te schatten, berust op de vascularisatie van het orgaan of het respiratoir systeem, en de nauwkeurigheid van de methode is direct afhankelijk van de kwaliteit van de segmentatie van de vertakking. De inschatting van de gebieden wordt bepaald via het volgende procédé.



Eerst wordt de segmentatie van het vasculaire of respiratoire stelsel gebruikt om de centrale tubulaire wegen te berekenen (A). Daarna worden de centrale wegen, die de tubulaire structuur vormen, gelabeld door gekwalificeerde gezondheidszorgprofessionals, die elk weg verbinden met het gebied van een orgaan. Voor elke voxel in de beoogde anatomische structuur zoekt de methode vervolgens de dichtstbijzijnde centrale weg en verbindt die met hetzelfde orgaangebied (B). Tenslotte wordt het resultaat van het gelabelde beeld gerasterd om alle inschattingen van het gebied te krijgen.



De nauwkeurigheid van de methode is direct afhankelijk van de kwaliteit van de segmentatie van het vasculaire of respiratoire systeem. De resolutie van het beeld, de verspreiding van de contrastvloeistof in het vasculaire systeem van het orgaan tijdens het maken van het beeld enz. kunnen invloed hebben op de beoordeling van de gebieden.

Aanvullende informatie in de beelden

Net als in de activiteit 3D-model, worden de naam van de patiënt en een oriëntatiemarkering weergegeven in het scherm.

Een schermafbeelding opslaan

Om de huidige weergave als beeld op te slaan, gebruikt u de knop voor schermafbeelding.

Er is geen onderhoud nodig voor het Visible Patient pakket. Voor controle op de distributie van de software wordt gebruik gemaakt van licenties op elk softwareprogramma in het Visible Patient pakket.

7.1 Planning

De planningssoftware wordt geleverd met een geïntegreerde licentie die wordt verleend voor zes maanden.

7.2 De licentie vernieuwen

Zestig dagen voordat de licentie vervalt, verschijnt er elke keer als u de software opstart een pop-up met informatie over de vervaldatum.


Het is aan te bevelen om na te gaan of er een nieuwe versie van de software beschikbaar is, indien de vervaldatum binnen 30 dagen is. Als er geen nieuwe versie is, neem dan contact op met support voor een nieuwe licentie.

Probleemoplossing

8.1 Algemene problemen

8.1.1 Ik kan mijn DICOM-bestand niet openen

DICOM is een standaardnorm voor medische gegevens. Het gebruik van deze norm verschilt per toepassing. Als de software uw DICOM-bestanden niet kan lezen, vindt u meer informatie aan het einde van het DICOM-inleesproces. Wanneer het proces is afgerond, verschijnt er een pop-upvenster. Klik op „Details” voor meer informatie:



Er zijn verschillende berichten mogelijk, die als volgt worden onderverdeeld:

Pictogram	Betekenis	Gevolg
	Informatie	Informatie over het inleesproces
	Waarschuwing	Informatie die tot een verkeerde interpretatie kan leiden
	Kritiek	Kritieke fout, de serie is helemaal niet gelezen

Als u problemen tegenkomt met het lezen van DICOM, kunt u contact opnemen met de support van Visible Patient.

8.2 Problemen bij het visualiseren van segmenten

8.2.1 Er wordt geen volume weergegeven

Als dit bericht linksboven verschijnt:

Note : Incoherence detected during volume computation. Inconsistentie gedetecteerd tijdens de volumeberekening

Het systeem heeft een inconsistentie gedetecteerd tijdens de volumeberekening. Daarom toont het systeem dit bericht om u te waarschuwen dat er bij de volumeberekening van segmenten een probleem is gevonden. Dit bericht is een risicobeperkende maatregel. Neem contact op met de support van Visible Patient als u dit probleem tegenkomt.

8.2.2 Ik zie een waarschuwing betreffende de vasculaire gebieden die bij de activiteit klemplaatsing worden gesimuleerd

Als ik de activiteit klemplaatsing (visualisatie van orgaansegmenten) open, verschijnt het volgende bericht in rood:

Note : De gesimuleerde vasculaire gebieden zijn berekend vanuit een geselecteerd netwerk. De nauwkeurigheid is daardoor geheel afhankelijk van de kwaliteit van het oorspronkelijke beeld. De gesimuleerde vasculaire gebieden zijn berekend vanuit een geselecteerd netwerk. De nauwkeurigheid is daardoor geheel afhankelijk van de kwaliteit van het oorspronkelijke beeld.

Dit bericht wordt verwacht en is een herinnering aan de berekening van de orgaansegmenten en het feit dat de modellering afhankelijk is van de kwaliteit van het oorspronkelijke beeld. De voorgestelde segmenten zijn dus een benadering van de werkelijkheid.